

2827h

太极集团重庆中药二厂有限公司
药品检验报告书

报告书编号: W14020183

检品名称	哮喘丸(浓缩水丸)	规格	3克(23丸)*12袋*200盒
批号	1402004	抽检数量	9盒
有/失效期	四年	代表数量	3.2万盒
检验目的	出厂检验	抽检日期	2014年2月23日
检验项目	全检	报告日期	2014年2月28日
检验依据	《卫生部药品标准》中药成方制剂第二册WS3-B-0332-90		

检验项目	标准规定	检验结果
【性状】	应为褐色或深褐色的浓缩水丸; 味微苦。	为褐色或深褐色的浓缩水丸; 味微苦。
【检查】		
(1) 装量差异	应符合规定	符合规定
(2) 溶散时限	应不得过120分钟	53分钟
(3) 水分	应不得过9.0%	5.4%
(4) 微生物限度检查	应符合规定	符合规定

结论: 本品按《中国药典》2010年版及《卫生部药品标准》中药成方制剂第二册WS3-B-0332-90检验, 结果符合规定。

检验者: 吴楠 江秀明 校对者: 苏琪

科长: 朱明

依据: 《检验报告书写管理制度》
R-42-001[2013-01]

643