第一类医疗器械备案凭证

北京康祝医疗器械有限公司 ：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：真空拔罐器 予以备案，备案号：京东械备20140020号。

北京市东城区食品药品监督管理局

日期：2016年04月19日

证书号第1467535号

外观设计专利证书

外观设计名称：包装盒（康祝拔罐器B1×6）

设　计　人：方玉柱

专　利　号：ZL 2008 3 0248884.8

专利申请日：2008年11月03日

专利权人：方玉柱

授权公告日：2011年02月09日

本外观设计经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月03日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 田力普

2011年02月09日

中华人民共和国国家知识产权局

100045

XQ29392820111

北京市西城区月坛北街2号月坛大厦16层1号
杨雪松

发文日：

2015年12月28日

200830248884

20151223012344l0

申请号或专利号：200830248884.8　　发文序号：20151223012344l0

申请人或专利权人：北京康祝医疗器械有限公司

发明创造名称：包装盒（康祝拔罐器B1×6）

手续合格通知书

上述专利申请或专利，申请人或专利权人于2015年12月14日提出著录项目变更请求，经审查，符合专利法及其实施细则的相关规定，准予变更，现将变更的内容通知如下：

变更项目:专利权人

变更前：

第1专利权人
专利权人姓名或名称:北京康达五洲医疗器械中心
专利权人国别:中国
专利权人邮政编码:101102
专利权人地址:北京市中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街11号

变更后：

第1专利权人
专利权人姓名或名称:北京康祝医疗器械有限公司
专利权人国别:中国
专利权人邮政编码:101102
专利权人地址:北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛南四街11号

该申请已经授权公告，此变更在32卷03期2016年01月20日专利公报上予以公告。

提示：

当事人可以登录"中国专利查询系统"（http://www.cpquery.gov.cn）查询已公布或授权公告的专利申请或专利的权利人变更

200028
2010.2

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收 三
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

情况。电子申请注册用户可以凭其注册账号和密码登录该系统查询相关内容。

审 查 员：钟毓

审查部门：专利审查协作北京中心

联系电话：010-82245155



证书号第1350663号

北京市海淀区地方税务局 印花税代扣专用章 国家知识产权局

外观设计专利证书

外观设计名称：包装盒（康祝拔罐器B1×12）

设　计　人：方玉柱

专　利　号：ZL 2008 3 0250479.X

专利申请日：2008年11月10日

专 利 权 人：方玉柱

授权公告日：2010年09月15日

本外观设计经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月10日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 [signature]

中华人民共和国国家知识产权局

2010年09月15日

中华人民共和国国家知识产权局

100045

XQ29379746611

北京市西城区月坛北街2号月坛大厦16层1号
杨雪松

发文日：

2015年12月25日

申请号或专利号：200830250479.X　　发文序号：2015122201012390

申请人或专利权人：北京康祝医疗器械有限公司

发明创造名称：包装盒（康祝拔罐器B1×12）

手续合格通知书

上述专利申请或专利，申请人或专利权人于2015年12月14日提出著录项目变更请求，经审查，符合专利法及其实施细则的相关规定，准予变更，现将变更的内容通知如下：

变更项目:专利权人

变更前：

第1专利权人
专利权人姓名或名称:北京康达五洲医疗器械中心
专利权人国别:中国
专利权人邮政编码:101102
专利权人地址:北京市中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街11号

变更后：

第1专利权人
专利权人姓名或名称:北京康祝医疗器械有限公司
专利权人国别:中国
专利权人邮政编码:101102
专利权人地址:北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛南四街11号

该申请已经授权公告，此变更在32卷02期2016年01月13日专利公报上予以公告。

提示：

当事人可以登录“中国专利查询系统”（http://www.cpquery.gov.cn）查询已公布或授权公告的专利申请或专利的权利人变更。

200028
2010.2

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

情况。电子申请注册用户可以凭其注册账号和密码登录该系统查询相关内容。

审 查 员：钟毓

审查部门：专利审查协作北京中心

联系电话：010-82245155

200028
2010.2

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

产品检验报告书

生产批号：

产品名称	真空拔罐器	型　　号	B型	规　　格	□ 简装B1×6	□简装B1×12
					□ 简装B1×24	
样品等级	合格品	检品基数	500套	生产日期		
检验地点	本公司成品库	检验数量	25套	检验日期		
检验类别	出厂检验	检验项目	尺寸、性能、外观			
检验依据	真空拔罐器产品技术要求，编号为：京东械备20140020号					

检验条款	3.2																				
检验项目	B型真空拔罐规格尺寸（±1mm）																				
检验规格	B 1′			B 2′			B 3′			B 4′			B 5′			B 6′			B 7′		
	ΦB	ΦA	HD	ΦB	ΦA	HD	ΦB	ΦA	HD	ΦB	ΦA	HD	ΦB	ΦA	HD	ΦB	ΦA	HD	ΦB	ΦA	HD
检验标准	70	64	60	62	56	57	54	48	54	46	40	51	38	32	48	28	24	45	20	16	60
检验结果	合格			合格			合格			合格			合格			合格			合格		

检验条款	3.3		3.4	3.6	
检验项目	真空拔罐气密性和强度		真空枪气密性	外　　观	
	气密性	强　度			
检验标准	在正常治疗状态下，20min内不允许真空罐因漏气而自行脱落。	持续30min，真空罐不开裂、不变形。	真空枪连续满程抽吸10次，真空表显示值不低于0.06MPa。	表面平整、光洁，无锐角、龟裂、斑纹、划痕及明显机械损伤，图案、标志清晰。	真空罐色泽均匀一致，通体透明无污渍、气泡，罐底和罐的边沿应无锋棱。
检验结果	合格	合格	合格	合格	

检验结论：本品按真空拔罐器产品技术要求检验，符合产品技术要求规定。

批　准：韩德海　　审　核：郑艳辉　　检　验：沈小红